

ZAŁĄCZNIK NR 1

RECENZJA PRZYRZĄDU GW INSTEK

Model: GDM - 9061

Okres testowania: 16. IV. 2021r.

Obudowa (jakość, stabilność, spasowanie, materiały, etc.) (skala szkolna: 1 - 6):
6.

Ocena opisowa (min 200 znaków):

Mierzony testowany sprawia
dobre wrażenie pozałożone solidna obudowa,
duże materiały i przyzyczne montażem daje
pełny do założenia.
Barwa dobrze wrażenie rakiem mniej miękkie
przykrości skuteczny wyjścia z pracy z mierzeniem
nie jest ujemne.

Obsługa (firmware, łatwość, funkcje, spolszczenie, etc.) (skala szkolna: 1 - 6):
6.

Ocena opisowa (min 200 znaków):

Obsługa nie należą do trudnych
a. wykazały jedynie zapóźnienia niż z instrukcją
ekranu.
W innym przypadku / bateria termometrami foliowymi /
wykonały zadania jedynie pomiar małych napięć
i małych przepływów rozgałęzienia.
Działanie dokładne. Wszystkie parametry nie
przepracowano. b. przyzycznych pomiarów.

Software (jeśli występuje) (obsługa, funkcjonalność, etc.) (skala szkolna: 1 - 6):

Ocena opisowa (min 200 znaków):

Ogólne wrażenia

(skala szkolna: 1 - 6):

6

Ocena opisowa (min 200 znaków):

OCENA KOŃCOWA (skala szkolna: 1 - 6): ...6